



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



RISPOSTE AI QUESITI

AGGIORNATO AL 27/09/2023

(INTEGRANTE Avviso n.1 del 27.09.2023 : Dismissione strumento di cui all'allegato n. 6 al Capitolato Speciale)

RdO : rfq_420040 - Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, compreso il controllo e ripristino funzionale delle attrezzature logistiche e le manutenzioni delle strumentazioni analitiche, del laboratorio chimico-biologico dell'Ente Acque della Sardegna.

Quesito n. 1 (Fornitura automezzi per la gestione del contratto)

Si chiede di conoscere quanti e quali automezzi sono al momento utilizzati per il Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate.

Risposta: Il quesito non risulta pertinente con la gara in oggetto in quanto il numero di vetture impiegate attualmente si riferisce ad un contratto che prevede l'esecuzione di attività in misura differente da quella in gara. Le informazioni relative alla valutazione degli automezzi necessari all'esecuzione delle attività previste sono desumibili dal capitolato di gara e allegati.

Quesito n. 2 (Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione - Modulo A -Richiesta numeri seriali).

Per poter procedere alla quantificazione dei contratti di manutenzione con le ditte madri, è necessario conoscere i numeri seriali degli apparecchi. Si richiede l'invio quanto prima, dei numeri seriali degli apparecchi presenti nel Modulo A.

Risposta: In merito al quesito in rimanda alla tabella "Elenco strumentazione modulo A" con i numeri seriali richiesti.

Quesito n. 3: (Richiesta chiarimenti su sopralluogo)

La presente per chiedere gentilmente se al sopralluogo è ammessa la presenza oltre che del nostro procuratore, anche di un soggetto esterno, non dipendente della nostra azienda, munito di delega.

Risposta: Si rimanda all'art. 11 del Disciplinare di gara che, con riferimento a tale fattispecie dispone quanto segue: *"Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti"*. La risposta è pertanto positiva, subordinatamente all'ottemperanza alla condizione di cui all'ultimo periodo dell'estratto richiamato.

AVVISO n. 1 del 27.09.2023 : Dismissione strumento di cui all'allegato n. 6 al Capitolato Speciale

Si comunica che uno strumento di cui all'"Elenco imbarcazioni e strumentazione" allegato n. 6 al Capitolato Speciale, e segnatamente uno degli Spettrofotometri UV/VIS - modello LAMBDA 25 Perkin Elmer indicato nella seconda pagina del richiamato elaborato è stato dismesso e sostituito con uno Spettrofotometro UV/VIS - modello LAMBDA 365+ Perkin Elmer (numero di serie 365PK22081210) con caratteristiche equivalenti.