



Il Direttore del Servizio Appalti Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 1185 del 17 NOV. 2016

Oggetto: *Intervento urgente per la manutenzione del GC-MS Agilent del laboratorio del Servizio Qualità Acqua Erogata. Impegno di spesa in favore della Ditta Perkin Elmer Italia S.p.a - Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano.*
CIG: Z1E1BF7759; CUP: I29G16000100002; RUP Dott.ssa Paola Spanu

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 463 del 14/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene a decorrere dal 01.09.2016;

Premesso che il Laboratorio chimico tra le diverse strumentazioni analitiche dispone di un GC-MS con spazio di testa e autocampionatore e di un HPLC DAD/FLD con autocampionatore di marca Agilent con i quali si effettuano la maggior parte delle determinazioni di microinquinanti organici nelle acque gestite dall'Ente;

Considerato che:

- Tali strumentazioni, ormai datate e conseguentemente problematiche per motivi di usura continua, necessitano di una manutenzione assidua al fine di mantenerle sempre efficienti e affidabili in termini di attendibilità dei risultati prodotti;
- per tali strumentazioni il 29 agosto 2016 è scaduto il contratto di assistenza semestrale stipulato con la ditta Perkin Elmer Italia S.p.A.;

Preso atto che attualmente la strumentazione di cui sopra è scoperta da contratto di manutenzione in attesa che venga attivato il contratto per il servizio di analisi, che comprenderà anche le manutenzioni della strumentazione analitica;

Visto che il GC-MS dopo la scadenza del contratto di manutenzione ha presentato un problema al sistema analitico con spazio di testa, per cui non si potevano eseguire i controlli dei microinquinanti volatili VOC;

Ritenuto necessario e urgente far eseguire l'intervento tecnico correttivo che risolvesse il problema nel più breve tempo possibile per poter riprendere ad effettuare i controlli sulle acque dei VOC (microinquinanti organici clorurati volatili), sostanze pericolose per la salute umana;

Considerato che lo strumento in questione è stato seguito per le manutenzioni, negli ultimi tempi, dalla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. che ha quindi avuto modo di conoscere bene le problematiche della strumentazione in oggetto;

Ritenuto opportuno e conveniente far intervenire la stessa ditta di cui sopra che si è resa disponibile ad effettuare l'intervento di correzione in tempi brevi;

Vista l'offerta di assistenza tecnica quale preventivo di spesa di previsione per l'intervento richiesto di Euro 1.251,00, che si allega, e che si è ritenuto congruo;

Preso atto che l'intervento ha avuto luogo in data 11/10/2016 con esito positivo;

Visto il consuntivo di spesa inviato per posta elettronica in data 10/11/2016 che riporta un costo finale dell'intervento effettuato di Euro 943,50 in allegato;

Atteso che

- la fornitura in oggetto si configura come fornitura prevista alla voce H1 "fornitura, installazione e manutenzione e/o riparazione di materiali e attrezzature per laboratorio chimico, compreso il nolo" dell'elenco delle categorie di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del CdA. n. 11 del 18/02/2009 e sue integrazioni ed allegato al regolamento spese in economia dell'Ente;
- la spesa è stata programmata dallo scrivente Servizio per l'anno 2016 sul capitolo di bilancio Cap.U1.03.12.26/2016 (Manutenzione mobili, macchine d'ufficio e strumenti);
- in base all'art.36 del D. Lgs. 50/2016 è consentito ricorrere ad un affidamento diretto per lavori servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 Euro;
- l'importo della fornitura in oggetto ammonta complessivamente a Euro 943,50 + IVA e trova capienza sul U1.03.12.26/2016 (Manutenzione mobili, macchine d'ufficio e strumenti) del bilancio corrente;
- l'IVA ammonta complessivamente a Euro 207,57 e trova capienza sul Cap. U. 1.10.14.18/2016 (IVA sugli acquisti e versamenti dell'erario);
- per gli interventi di manutenzione all'oggetto non sono previsti oneri per la sicurezza;

Vista l'indicazione sul corrente esercizio e la relativa attestazione di capienza sul cap. U1.03.12.26/2016 rilasciata dal Servizio Ragioneria.

DETERMINA

- l'impegno di spesa di € 943,50 (euro novecentoquarantatre/50) sul cap. U1.03.12.26/2016 (Manutenzione mobili, macchine d'ufficio e strumenti) e di € 207,57 (euro duecentosette/57) sul cap. U. 1.10.14.18/2016 (IVA sugli acquisti e versamenti dell'erario) per IVA a favore della Perkin Elmer Italia SpA – Viale dell'Innovazione,3 - 20126 Milano, per l' "Intervento urgente per la manutenzione del GC-MS Agilent del laboratorio del Servizio Qualità Acqua Erogata";
- di nominare la dott.ssa Paola Spanu quale Responsabile Unico del Procedimento.

La presente determinazione sarà immediatamente esecutiva, non rientrando tra le categorie degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 della L.R. n.14 del 15.5.1995.

Il Direttore del Servizio
Ing. Antonio Attene

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>401000206</u>
Impegno di spesa n.	<u>1094</u>
Cap.	<u>1031226</u> Esercizio <u>2016</u>
Importo €	<u>943,50 + 207,57</u>
DATA	<u>15/11/2016</u>

Spazio riservato al Servizio Ragioneria