

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

VERBALE - Seduta riservata n. 1 Esame Offerte Tecniche

Procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. n. 36/2023, esperita mediante RdO sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT per l'affidamento della fornitura di uno spettrometro LCMS con Triplo quadrupolo e prestazioni accessorie per l'analisi dei microinquinanti organici per il controllo qualitativo della risorsa del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) da installare presso il laboratorio chimico biologico dell'Ente Acque della Sardegna. RUP: Dott.ssa Paola Spanu. Gara 67 EC 2025. CIG B9105DAA73 - CUP: I21D25000100005.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2026, il giorno 03 del mese di Febbraio alle ore 09:30 presso la sede del Servizio Qualità Acqua Erogata, in Viale Elmas n. 116 – Cagliari, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Generale dell'Enas n. 1858 del 24/12/2025, costituita da:

- Dott.ssa Paola Spanu, funzionario ENAS, con funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice e RUP dell'intervento;
- Dott. Roberto Mario Nicola Corrias, funzionario ENAS, con funzioni di componente la Commissione Giudicatrice;
- Geom. Simona Deidda, funzionario ENAS, con funzioni di componente la Commissione Giudicatrice e Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta e la commissione procede all'esame della busta tecnica del concorrente Agilent Technologies Italia S.p.A, unico operatore economico che ha partecipato alla procedura, estraendola dalla piattaforma SardegnaCAT.

La busta tecnica è composta da:

- Sezione Offerta tecnica - Caratteristiche – Documentazione tecnica:
 1. Relazione Tecnica Sistema Agilent TRIPLO QUADRUPOLO 6495D con UHPLC 1290 Infinity III
 2. Data sheet 6495D Triple Quadrupole LC/MS System
 3. Data sheet Agilent 1290 Infinity III Multicolumn Thermostat
 4. Data sheet Agilent 1290 Infinity III High-Speed Pump
 5. Data sheet Agilent 1290 Infinity III Multisampler
 6. Agilent InfinityLab LC Series Site Preparation Checklist
 7. Agilent G6475A and 6495D LC/TQ Site Preparation Checklist
 8. MODULO A - Offerta Tecnica LCMS_TQD
- Sezione Dichiarazione riservatezza offerta tecnica:
 1. Relazione Tecnica Sistema Agilent TRIPLO QUADRUPOLO 6495D con UHPLC 1290 Infinity III OMISSIS
 2. Dichiarazione accesso agli atti nuovo codice

Si procede quindi all'esame dei documenti presentati dal concorrente, contenuti all'interno della busta tecnica, per la puntuale verifica delle caratteristiche tecniche minime obbligatorie della fornitura di cui all'art. 4 del Capitolato speciale di gara.

Dall'analisi della documentazione è risultato che, in riferimento:

- ✓ all'Art. 4.1 – Sistema cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) - Requisiti del sistema di Pompaggio,
tutti i requisiti richiesti relativi ai punti da 1 a 11 sono soddisfatti come adeguatamente descritto nella Relazione Tecnica e nel *Data Sheet Agilent 1290 Infinity III High-Speed Pump*;
- ✓ all'Art. 4.1 – Sistema cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) - Requisiti del Campionatore Automatico UHPLC,
tutti i requisiti richiesti relativi ai punti da 12 a 18 sono soddisfatti come adeguatamente descritto nella Relazione Tecnica e nel *Data sheet Agilent 1290 Infinity III Multisampler*.
Per quanto riguarda il punto 19, nella Relazione Tecnica non è stata riportata in maniera puntuale la caratteristica richiesta, tuttavia è presente all'interno del *Data Sheet Agilent 1290 Infinity III Multisampler* una specifica prestazionale riconducibile al requisito richiesto.
Pertanto si ritiene di chiedere al concorrente chiarimenti in merito.
- ✓ all'Art. 4.1 – Sistema cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) - Requisiti del Compartimento Colonne,
tutti i requisiti richiesti relativi ai punti da 20 a 24 sono soddisfatti come adeguatamente descritto nella Relazione Tecnica e nel *Data Sheet Agilent 1290 Infinity III Multicolumn Thermostat*;
- ✓ all'Art. 4.2 – Spettrometro di massa (MS) - Requisiti dello Spettrometro di Massa triplo quadrupolo,
tutti i requisiti richiesti relativi ai punti da 1 a 19 sono soddisfatti come adeguatamente descritto nella Relazione Tecnica e nel *Data Sheet 6495D Triple Quadrupole LC/MS System*;
- ✓ all'Art. 4.2 – Spettrometro di massa (MS) - Generatore/Compressore,
il requisito richiesto di cui al punto 20 è soddisfatto secondo quanto descritto nella Relazione Tecnica;
- ✓ all'Art. 4.3 – Dotazione informatica, software di gestione per l'analisi dei dati - Workstation hardware e Software,
tutti i requisiti richiesti relativi ai punti da 1 a 3 sono soddisfatti come adeguatamente descritto nella Relazione Tecnica;
- ✓ all'Art. 4.4 – Gruppo di continuità,
il requisito richiesto è soddisfatto per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali come descritto nella Relazione Tecnica. Tuttavia a pag. 23 della stessa è stato indicato per tale apparecchiatura un periodo di garanzia di 24 mesi, mentre a pagina 24 è stato indicato per l'intero sistema offerto un periodo di garanzia di 36 mesi.

Pertanto si ritiene di chiedere al concorrente di confermare se anche il gruppo di continuità sarà fornito con garanzia di 36 mesi, così come richiesto all'art. 4.8 del Capitolato speciale.

✓ all'Art. 4.5 – Metodi analitici strumentali chiavi in mano.

tutti i requisiti richiesti sono soddisfatti come descritto nella Relazione Tecnica. A parere della commissione non è stata ben specificata la fornitura di tutti gli standard delle sostanze da analizzare per ogni metodo richiesto, di cui all'elenco riportato nell'Allegato 2 del Capitolato Speciale. Tuttavia nella tabella "APPENDICE: Dettaglio Configurazione Tecnica Offerta" al rigo 35 è stato indicato uno standard mix generico.

Pertanto si ritiene di chiedere al concorrente chiarimenti in merito.

✓ all'Art. 4.6 – Formazione del personale tecnico.

tutti i requisiti richiesti sono soddisfatti come descritto nella Relazione Tecnica;

✓ all' Art. 4.7 – Materiali di consumo.

tutti i requisiti richiesti sono soddisfatti come descritto nella Relazione Tecnica;

✓ all'Art. 4.8 – Estensione della Garanzia.

tutti i requisiti richiesti sono soddisfatti come descritto nella Relazione Tecnica;

✓ all'Art. 4.9 – Manutenzioni preventive annuali.

tutti i requisiti richiesti sono soddisfatti come descritto nella Relazione Tecnica.

Si procede infine alla verifica della prescrizione indicata all'articolo 3 dell'Allegato N. 1-rev ott 25 al Capitolato Speciale " CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" e cioè *"allegare per l'intero sistema oggetto dell'appalto, un riepilogo nel quale per ogni singola parte componente, vengano riportate le caratteristiche dimensionali e di funzionamento di seguito riportate:*

- *le dimensioni ed il peso;*
- *la potenza elettrica impegnata;*
- *il calore dissipato;*
- *le utenze elettriche richieste (tipologia di prese elettriche e numero);*
- *l'intervallo di temperatura ambiente di esercizio necessario per ben operare;*
- *tutti i servizi necessari (acqua, gas, ecc.) per una corretta installazione;*
- *i dispositivi di sicurezza eventualmente necessari."*

Il concorrente ha ottemperato a tale prescrizione allegando le cosiddette Site Preparation Checklist, così come sopra riportato all'atto dell'indicazione del contenuto della busta tecnica.

Terminata la verifica delle caratteristiche tecniche minime obbligatorie della fornitura, la commissione decide di rimandare al giorno successivo la verifica delle specifiche tecniche oggetto di valutazione a punteggio, per la conclusione della valutazione dell'offerta tecnica.

La seduta, alla quale hanno partecipato in modo continuativo tutti i componenti della Commissione, si conclude alle ore 14:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione e RUP:
Dott.ssa Paola Spanu

Il Componente la Commissione:
Dott. Roberto Mario Nicola Corrias

Il Componente la Commissione e Segretario Verbalizzante:
Geom. Simona Deidda