

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

VERBALE - Seduta riservata n. 2 Esame Offerte Tecniche

Procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. n. 36/2023, esperita mediante RdO sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT per l'affidamento della fornitura di uno spettrometro LCMS con Triplo quadrupolo e prestazioni accessorie per l'analisi dei microinquinanti organici per il controllo qualitativo della risorsa del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) da installare presso il laboratorio chimico biologico dell'Ente Acque della Sardegna. RUP: Dott.ssa Paola Spanu. Gara 67 EC 2025. CIG B9105DAA73 - CUP: I21D25000100005.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2026, il giorno 04 del mese di Febbraio alle ore 09:30 presso la sede del Servizio Qualità Acqua Erogata, in Viale Elmas n. 116 – Cagliari, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Generale dell'Enas n. 1858 del 24/12/2025, costituita da:

- Dott.ssa Paola Spanu, funzionario ENAS, con funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice e RUP dell'intervento;
- Dott. Roberto Mario Nicola Corrias, funzionario ENAS, con funzioni di componente la Commissione Giudicatrice;
- Geom. Simona Deidda, funzionario ENAS, con funzioni di componente la Commissione Giudicatrice e Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta e la commissione prosegue l'esame della documentazione trasmessa dal concorrente Agilent Technologies Italia S.p.A per la verifica delle specifiche tecniche oggetto di valutazione a punteggio ai fini della conclusione della valutazione dell'offerta tecnica.

La commissione, sulla base dell'allegato n. 1 al Capitolato speciale - *Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte*, per ogni criterio e/o sub-criterio contrassegnato dal concorrente nel Modulo A, verifica che le caratteristiche premiali offerte siano presenti all'interno della Documentazione Tecnica, già oggetto di valutazione nella precedente seduta di gara, nella quale sono state esaminate le caratteristiche tecniche minime obbligatorie della fornitura.

Dall'analisi della documentazione è risultato che, in riferimento:

- ✓ al Criterio A) - Caratteristiche del modulo di Pompaggio.
lo strumento offerto dal concorrente possiede le caratteristiche di cui ai sub-criteri da A1) a A3), come riportate nella Relazione Tecnica e/o nel *Data Sheet Agilent 1290 Infinity III High-Speed Pump*;
- ✓ al Criterio B) - Caratteristiche del Campionatore Automatico.
lo strumento offerto dal concorrente possiede le caratteristiche di cui ai sub-criteri B1), B3) e B4), come riportate nella Relazione Tecnica e/o nel *Data sheet Agilent 1290 Infinity III Multisampler*.

Per quanto riguarda il sub-criterio B2), nella Relazione Tecnica non è stata esplicitamente riportata la possibilità di eseguire programmi di iniezioni pre-colonna (derivatizzazioni, diluizioni, aggiunta di standard ...) senza alcuna modifica hardware.

Per quanto riguarda il sub-criterio B5) la caratteristica offerta non è stata ritrovata nella Relazione Tecnica e/o nel *Data sheet Agilent 1290 Infinity III Multisampler*.

La caratteristica di cui al sub-criterio B6) non è stata offerta dal concorrente.

Pertanto si ritiene di chiedere al concorrente chiarimenti in merito ai sub-criteri B2) e B5), al fine della corretta attribuzione dei relativi punteggi.

✓ al Criterio C) - Caratteristiche del Forno di Termostatazione delle Colonne

lo strumento offerto dal concorrente possiede le caratteristiche di cui ai sub-criteri da C1) a C3) come riportate nella Relazione Tecnica e nel *Data Sheet Agilent 1290 Infinity III Multicolumn Thermostat*;

✓ al Criterio D) - Caratteristiche dello Spettrometro di Massa Triplo Quadrupolo

lo strumento offerto dal concorrente possiede le caratteristiche di cui ai sub-criteri da D1) a D4) e da D6) a D7) come riportate nella Relazione Tecnica e nel *Data Sheet 6495D Triple Quadrupole LC/MS System*;

Per quanto riguarda il sub-criterio D5) la caratteristica offerta non è stata ritrovata nella Relazione Tecnica e/o nel *Data sheet Data Sheet 6495D Triple Quadrupole LC/MS System*.

Pertanto si ritiene di chiedere al concorrente chiarimenti in merito, al fine della corretta attribuzione del relativo punteggio.

✓ al Criterio E) - Politiche sulla parità di genere

il concorrente dichiara di non essere in possesso della certificazione richiesta.

Per concludere la valutazione dell'offerta tecnica la commissione ritiene di dover acquisire dal concorrente i chiarimenti in merito a quanto rilevato e dettagliato nel verbale della prima seduta in data 03.02.2026 e nel presente verbale.

Il RUP chiederà al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, di trasmettere formale richiesta di chiarimenti al concorrente, che dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni.

La seduta, alla quale hanno partecipato in modo continuativo tutti i componenti della Commissione, si conclude alle ore 17:45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione e RUP:

Dott.ssa Paola Spanu

Il Componente la Commissione:

Dott. Roberto Mario Nicola Corrias

Il Componente la Commissione e Segretario Verbalizzante:

Geom. Simona Deidda